

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

143185**Référence****89446260****Nom****Acide chlorhydrique 1 N****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
21/10/2014	12 Mois	21/10/2015

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
83,333ml/l ACIDE CHLORHYDRIQUE 37 % PH.EUR. Ref Prolabo 20255
QSP 1000ml eau désionisée Réf Prolabo 90200
Titre= 1,001 N +/- 0,2 %

Date**29/01/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité