

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

143729**Référence****MC3110390500****Nom****Solution tampon phosphate pH 7****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
12/12/2014	6 Mois	12/06/2015

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
Phosphate mono pot. 27,220 g
Soude 2 N 66,00 ml
Eau QSP 1 000 ml

Date**05/01/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité