

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

143825**Référence****PROL30489.262****Nom****Argent nitrate 27,9 g/l****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD noir 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
22/12/2014	12 Mois	22/12/2015

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
- 27,9 g Argent Nitrate Ref PROLABO 21572
QSP 1000 ml eau désionisée

Date	Visa
05/01/2015	LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE