

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

143827**Référence****MC3005792000****Nom****DPD 0,15 % SERES****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD blanc 2 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
22/12/2014	6 Mois	22/06/2015

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire.
Sulfate DPD 1,5 g
Acide sulfurique 2 ml
EDTA 0,2 g
Eau QSP 1 000 ml

Date**05/01/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité