

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

143833**Référence****85616290****Nom****TAMPON AMMONIACAL PH 9,2****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
22/12/2014	12 Mois	22/12/2015

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Ammonium chlorure réf 1145 108 g
Ammoniaque 25 % réf 5432 150 ml
Eau QSP 1000 ml
pH(20°C) =9,20 +/- 0,02

Date	Visa
05/01/2015	LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE