

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

143844**Référence****MC3076626010****Nom****Tampon pH 10 SERES****PRODUCTION****Conditionnement** Cubi plastique 10 litres (cubidor)

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
23/12/2014	12 Mois	23/12/2015

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
Sodium hydroxyde 18,75 g
Acide borique 33 g
Potassium chlorure 39,7 g
Eau QSP 1000 ml

Date**05/01/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité