

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

143877**Référence****87310290****Nom****SOLUTION ETALON COT 3,5 MG/L****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
31/12/2014	3 Mois	31/03/2015

CONFORMITE

Concentration= 3,5 mg +/- 0,2%

Date	Visa
05/01/2015	LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE