

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

150030**Référence****MC3109871000****Nom****Tampon D****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
06/01/2015	12 Mois	06/01/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
Acide borique 33 g
Chlorure de potassium 39,7 g
Hydroxyde de sodium 18,7 g
Eau QSP 1 000 ml

Date**12/01/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité