

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150046**Référence****87472410****Nom****TAMPON PH 10****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 10 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
07/01/2015	12 Mois	07/01/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
NH₄Cl réf MERCK 101145 54 g
Ammoniaque 25 % réf MERCK 105432 365,7 ML
Complexe de magnésium réf MERCK 108409 10g
Eau QSP 1000 M
pH=10

Date**12/01/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité