

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150108**Référence****MC3072172500****Nom****Ajusteur ionique pour analyseur nitrate****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
13/01/2015	12 Mois	13/01/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire.
Acide sulfurique 26 ml
Sodium sulfate 95 g
Ammonium sulfate 256 g
Eau QSP 1 000 ml

Date**19/01/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité