

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150157**Référence****89365180****Nom****Solution EDTA + Cu(NO₃)₂****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 100 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
16/01/2015	12 Mois	16/01/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
- 1,27 g Titriplex III ref Merck 1.08418
- 0,64 g Nitrate de Cuivre Ref Merck 1.02753
- 5 ml soude 1N
QSP 100 ml eau désionisée

Date**19/01/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité