

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150163**Référence****MC3112839010****Nom****Solution pour cot mètre****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 10 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
19/01/2015	12 Mois	19/01/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
Acide phosphorique 35 ml
Sodium persulfate 40 g
Eau QSP 1 000 ml

Date**26/01/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité