

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150178**Référence****87180260****Nom****Potassium Chlorure 0,001M Electrolyte****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
20/01/2015	12 Mois	20/01/2016

CONFORMITE

Concentration = 0,001 M +/- 0,5 %

Date**26/01/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité