

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150191**Référence****MC3068220500****Nom****Tampon pH 3,5****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
21/01/2015	6 Mois	21/07/2015

CONFORMITE

pH = 3,50 +/- 0,02

Date**26/01/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité