

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**150194****Référence****MC3104831000****Nom****Solution pour flux continu****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péremption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 21/01/2015         | 12 Mois              | 21/01/2016                                      |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
3 g Glucose Ref Merck 1.04074  
3 g Fructose Ref Merck 1.04007  
0,65 g Acide acétique ref Prolabo 20104  
0,36 g Potassium Disulfite Ref merck 1.05057  
QSP 1000 ml eau désionisée

**Date****26/01/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité