

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150199**Référence****86829300****Nom****SOLUTION D'AJOUT CYANURES 10 PPM****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD blanc 2 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
21/01/2015	12 Mois	21/01/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Etalon cyanures réf 119533 10 ml
Sodium hydroxyde 5 N 20 ml
Eau QSP 1000 ml

Date**26/01/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité