

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

150233**Référence****85174290****Nom****SOLUTION ETALON COT 500 MG/L****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
23/01/2015	12 Mois	23/01/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Potassium hydrogénophthalate 1,0625 g
eau QSP 1000 ml

Date**05/02/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité