

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150288**Référence****87223360****Nom****ELECTROLYTE 467****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
28/01/2015	12 Mois	28/01/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Sodium chlorure réf 106404 10g
DOSS réf A11710 0,23g
Eau QSP 1000 ML

Date**09/02/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité