

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150362**Référence****87541360****Nom****Complexant Calmagite****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
04/02/2015	12 Mois	04/02/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
- 0,080 g Calmagite Ref BDH 130263T
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**09/02/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité