

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

150364**Référence****87759360****Nom****SOLUTION EGTA MELANGE A ET B (V/V)****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
04/02/2015	12 Mois	04/02/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
solution A réf 87539 25 ml
solution B réf 87540 25 ml
ajusté à pH 8 avec la soude NaOH concentré
Triéthanolamine réf MERCK réf1.08379 50 ml
Eau QSP 1000 ml

Date**09/02/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité