

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**150393****Référence****MC3105229010****Nom****Acide nitrique 20%****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 10 litres

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péremption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 06/02/2015         | 12 Mois              | 06/02/2016                                      |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
200 ml acide nitrique 65% Ref Merck 100456  
QSP 1000 ml eau désionisée

**Date****09/02/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité