

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150461**Référence****BD16057ZY ZY****Nom****Réactif pour silicemètre (molybdate)****PRODUCTION****Conditionnement** Cubi plastique 10 litres (cubidor)

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
13/02/2015	12 Mois	13/02/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
- 30 g Ammonium molybdate ref Prolabo 21276
- 12,4 ml Ammoniaque 25% Ref Merck 1.05432
Eau QSP 1 000 ml

Date**17/02/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité