

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

150484**Référence****MC3137341000****Nom****SOLUTION TAMPON DE PHOSPHATE PH 7,2****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
16/02/2015	12 Mois	16/02/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Dihydrogénophosphate de potassium 8,5 g
Hydrogenophosphate de dipotassium 21,75 g
Hydrogenophosphate de disodium 33,4 g
Chlorure d'ammonium 1,7 g
Eau QSP 1000 ml

Date**23/02/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité