

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot


150489**Référence****87146290****Nom****Solution tampon PAE****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
16/02/2015	12 Mois	16/02/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:

- 7,5 g Potassium Chlorure Ref BDH 10198
 - 12 g Potassium sodium tartrate Ref Merck 8087
 - 30 g Sodium Hydroxyde Ref Merck 6498
- QSP 1000 ml eau distillée

Date**23/02/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité