

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150505**Référence****MC3136391000****Nom****Acide perchlorique 0,02 N dans l'acide acétique****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
17/02/2015	6 Mois	17/08/2015

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
200 ml acide perchlorique 0,1 N Ref Merck 109065
QSP 1000 ml acide acétique ref Prolabo 20104

Date**23/02/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité