

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150515**Référence****85174260****Nom****SOLUTION ETALON COT 500 MG/L****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
18/02/2015	12 Mois	18/02/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Potassium hydrogénophthalate 1,0625 g
eau QSP 1000 ml

Date**23/02/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité