

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150516**Référence****MC3061235000****Nom****AMMONIUM MOLYBDATE POUR SILICOMETRE****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
18/02/2015	12 Mois	18/02/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Ammonium molybdate réf PRO21276298 14 G
Ammoniaque 25 % réf MERCK 105432 6.4 ML
Eau qsp 1000 ml

Date**23/02/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité