

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150543**Référence****89110290****Nom****Nital 4 % dans l'éthanol absolu****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
19/02/2015	12 Mois	19/02/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
-966 ml ethanol absolu ref Prolabo 20821
- 34 ml acide nitrique 65% ref Merck 1.0456

Date**23/02/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité