

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

150573**Référence****MCDS1.150 005****Nom****ACIDE SULFURIQUE N/50****PRODUCTION****Conditionnement** Compte gouttes 50 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péréemption (Conditionnement non ouvert)
23/02/2015	12 Mois	23/02/2016

CONFORMITE

Titre = 0,02 N +/- 0,2%

Date	Visa
02/03/2015	LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE