

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150588**Référence****MC3110220100****Nom****Solution pour appréciation de coloration****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 100 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
23/02/2015	12 Mois	23/02/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
Chlorure de cobalt 1 g
Chloroplatinate de potassium 1,245 g
Acide chlorhydrique 100 ml
Eau QSP 1 000 ml

Date**02/03/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité