

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

150601**Référence****85646290****Nom****Etalon ammonium 1g/l****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
24/02/2015	12 Mois	24/02/2016

CONFORMITE

Ref MERCK1.01145 ammonium chlorure 2,97 g +/- 0,2 %
qsp eau déminéralisée 1000 ml

Date**02/03/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité