

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150645**Référence****89479125****Nom****LUGOL 5%****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon Verre Brun 125 ml DIN28

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
27/02/2015	12 Mois	27/02/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
50 ml LUGOL REF Merck 109261
QSP 1000 ml eau désionisée

Date**09/03/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité