

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150685**Référence****85213290****Nom****SOLUTION ORTHOPHENANTROLINE DANS L'EAU****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
05/03/2015	12 Mois	05/03/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire :
Phenanthroline monohydraté 15 g
Fer sulfate heptahydraté 7 g
QSP Eau 1000 mL

Date**09/03/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité