

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

150697**Référence****MC3110290100****Nom****Indicateur mixte au rouge de méthyle****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 100 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
05/03/2015	12 Mois	05/03/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
Rouge de méthyle 1 g
Bleu de méthylène 0,5 g
Ethanol QSP 1 000 ml

Date**09/03/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité