

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150699**Référence****MC3110380500****Nom****Solution tampon pH 10 au chlorure ammonium****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
05/03/2015	6 Mois	05/09/2015

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire
Chlorure ammonium 54 g
Ammoniaque 150 ml
Eau QSP 1 000 ml

Date**09/03/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité