

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot


150721**Référence****89458360****Nom****MELANGE D'ACIDES A 1/2 (HF/HCL)****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
06/03/2015	12 Mois	06/03/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:

- 48,5 ml acide fluorhydrique 48 % Ref Prolabo 20319
- 493,4 ml acide chlorhydrique 37 % ref Prolabo 20252
- 458,1 ml eau désionisée

Date**09/03/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité