

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**150736****Référence****89439290****Nom****SOLUTION AQUEUSE DE NH<sub>4</sub>C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub> 5 mM A PH 10****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon verre brun 1 litre

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péremption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 09/03/2015         | 12 Mois              | 09/03/2016                                      |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
385 mg acétate d'ammonium Ref 84885  
QSP 1000 ml eau désionisée  
pH=10 +/- 0,05  
Filtration 0,45 µm

**Date****16/03/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité