

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot


**150772****Référence****89449230****Nom****SOLUTION OS ( Acetonitrile 50%/Eau47,5%/TFA2,5%)****PRODUCTION****Conditionnement** Flacon PEHD incolore 250 ml

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péremption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 12/03/2015         | 12 Mois              | 12/03/2016                                      |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:

- 500 ml acétonitrile Ref Prolabo 84533
- 475 ml eau HPLC Réf Prolabo 83650
- 25 ml TFA Réf Prolabo 84868

**Date****16/03/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité