

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

**150799****Référence****85452260****Nom****ETALON COT A 40 MG/L****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péremption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 16/03/2015         | 3 Mois               | 16/06/2015                                      |

**CONFORMITE**

Concentration = 40 mg/l +/- 0,2%

**Date****23/03/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité