

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150803**Référence****87310290****Nom****SOLUTION ETALON COT 3,5 MG/L****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
16/03/2015	3 Mois	16/06/2015

CONFORMITE

Concentration= 3,5 mg +/- 0,2%

Date**23/03/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité