

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150805**Référence****88022260****Nom****ETALON AMMONIUM 2 MG/L NH₄-N****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
16/03/2015	3 Mois	16/06/2015

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Ammonium chlorure réf merck 1.01145 0.038 G
Eau déminéralisée qsp 1000 ml

Date**23/03/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité