

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150866**Référence****894685120****Nom****HNO3 2% DANS ETHANOL EURODENATURE (V/V)****PRODUCTION****Conditionnement** Jerrican 5 litres DIN 51

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
18/03/2015	12 Mois	18/03/2016

CONFORMITE

20 ml Acide Nitrique 65% Ref Merck 100456
QSP 1000 ml Ethanol dénaturé Ref Prolabo 84836

Date**23/03/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité