



CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150907

Référence

89047360

Nom

Electrofericyan

PRODUCTION

Conditionnement Bidon PEHD noir 5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
23/03/2015	12 Mois	23/03/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:

- 7 g Potassium Ferricyanure Ref Merck 1.04973
- 5,4 g Chlorure de Sodium Ref Merck 1.06404
- 4 ml Manoxol OT (Solution 5%)
- Qsp eau 1000 ml

Date	Visa
30/03/2015	LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE