

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

150914**Référence****MC3079031000****Nom****Titriplex 0,372%****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
24/03/2015	12 Mois	24/03/2016

CONFORMITE

Concentration = 3,72 g/l +/- 0,2%

Date**30/03/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité