

CERTIFICAT D'ANALYSES


Numéro de Lot

150953**Référence****89310320****Nom****Potassium Dihydrogenophosphate 1,36 g/l (0,01 MOL/L)****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
26/03/2015	12 Mois	26/03/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
1,36 g Potassium Dihydrogenophosphate Ref 1.04873
QSP 1000 ml eau désionisée
pH mesurée=3,0
spec pH 3 (+/-0,1)

Date**30/03/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité