

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151009**Référence****87665320****Nom****SOLUTION REDUCTRICE****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 2,5 litres

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
01/04/2015	12 Mois	01/04/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Acide thioglycolique réf MERCK1.00700 10 ML
Eau déminéralisée QSP 1000 ML

Date**16/04/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité