

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151032**Référence****MC2403161000****Nom****Indicateur TA****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 1 litre

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
03/04/2015	12 Mois	03/04/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire.
Bleu de thymol 1,5 g
Soude 0,1 N 32,2 ml
Glycérol 50 ml
Eau QSP 1 000 ml

Date**16/04/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité