

**CERTIFICAT D'ANALYSES**


Numéro de Lot

**151075****Référence****87538360****Nom****Tampon NH3****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 5 litres

| Date<br>Production | Durée<br>de Validité | Date Péremption<br>(Conditionnement non ouvert) |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| 08/04/2015         | 12 Mois              | 08/04/2016                                      |

**CONFORMITE**

Conforme au mode opératoire:  
- 43,2 g Ammonium Chlorure Ref Merck 101145  
- 200 ml Ammoniaque 25 % Ref Merck 105432  
QSP 1000 ml eau désionisée

**Date****16/04/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité