

**CERTIFICAT D'ANALYSES**

Numéro de Lot

151112**Référence****88683180****Nom****TAMPON PH 8,3****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 100 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
10/04/2015	12 Mois	10/04/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Sodium tetraborate réf merck 1.06308 5g
Acide borique réf merck 1.00165 2g
Eau déminéralisée QSP 1000 ML
pH= 8,3

Date	Visa
16/04/2015	LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE