

CERTIFICAT D'ANALYSES

Numéro de Lot

151129**Référence****MC3138470500****Nom****SOLUTION MOLYBDATE POUR PHOSPHATE
METRE****PRODUCTION****Conditionnement** Bidon PEHD incolore 500 ml

Date Production	Durée de Validité	Date Péremption (Conditionnement non ouvert)
13/04/2015	12 Mois	13/04/2016

CONFORMITE

Conforme au mode opératoire:
Ammonium heptamolybdate tétrahydraté 26 g
Potassium antimoine tartrate pentahydraté 0,7 g
Eau distillée 100 ml
Acide sulfurique 12 N QSP 1000 ml

Date**24/04/2015****Signé par:**

O. BRINGER , Responsable Qualité